

珠海市第五人民医院

珠海市第五人民医院紧急采购公示

为贯彻落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于做好防范疫情输入相关城市新型冠状病毒检测工作的通知》和广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组《广东省新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于进一步加强医疗机构临床基因扩增检验实验室管理 提升核酸检测能力的通知》精神和要求，我院拟紧急组建基因扩增检验实验室设备，现需紧急采购基因扩增检验实验室设备一批，欢迎符合资格条件的投标人参与投标。

一、招标人：珠海市第五人民医院。

二、招标项目名称：基因扩增检验实验室设备一批（详见设备清单）。

设备清单：

序号	设备名称	单位	数量
1	生物安全柜（单人内排）	台	1
2	旋涡混匀器	台	1
3	台式高速离心机	台	1
4	单道移液器	台	5
5	移动紫外线车	台	1

6	负 20 度/2-8℃医用冰箱	台	2
7	低温冰箱（-86℃）50L	台	1
8	生物安全柜（双人 100%外排）	台	1
9	高速低温冷冻离心机	台	2
10	移动紫外线车	台	1
11	单道移液器	台	5
12	移液器架子	台	3
13	恒温金属浴	台	1
14	旋涡混匀器	台	1
15	连续分液器（10-5.0ML）	台	2
16	负 20 度/2-8℃医用冰箱	台	2
17	全自动基因提取仪	台	2
18	掌上迷你离心机	台	2
19	台式高速离心机	台	1
20	96 孔 PCR 板离心机（配 2 套角转子）	台	1
21	低温冰箱（-40℃）	台	1
22	实时荧光定量 PCR 扩增仪(进口)	台	1
23	实时荧光定量 PCR 扩增仪(国产)	台	1
24	不间断电源	台	1

25	移动紫外线车	台	1
26	单道移液器	台	5
27	8 道移液器	台	2
28	低温冰箱 (-40℃)	台	1
29	电脑	台	3
30	打印机	台	1
31	全自动高压消毒锅	台	3
32	电热恒温培养箱	台	2
33	生物安全柜排风系统	台	1
34	普通低速离心机	台	1
35	双目显微镜 (进口)	台	1
36	暗视野显微镜+荧光(进口)	台	1
37	抽湿机	台	4
38	医用冷藏箱 (2-8℃, 725L)	台	1
39	生物安全柜 (双人 100%外排)	台	1
40	核酸分析仪(微量紫外分光光度计)	台	1
41	低温冰箱 (-86℃) 86L	台	1
42	分析天平(万分之一)	台	1
43	高通量水平电泳槽	台	1
44	电泳仪	台	1
45	凝胶成像仪(含品牌 PC 一套)	台	1

三、预算金额：人民币贰佰叁拾万元整(¥2,300,000.00)。

四、付款方式：合同签订完成供货安装调试、配置齐正常运行1个月后给予验收，验收合格一个月后支付合同总额的95%，剩余5%设备运行满一年付清。

五、投标人资质要求

1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证（如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照）。

2. 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函）。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）。

4. 具有相应的医疗器械经营许可证（备案）证明或《医疗器械生产企业许可证》。

5. 所投医疗器械（第一类医疗器械除外）（详见用户需求标的清单）须提供《医疗器械注册证》。

6. 本项目不接受联合体投标。

六、招标时间、地点：

1. 符合资格的供应商需在2020年5月19日至2020年5月21日17:30期间（办公时间内，）将产品报价产品的主要

参数和功能特点、售后服务方案、产品彩页等文档投投递到
珠海市平沙镇平沙二路 87 号珠海市第五人民医院设备科。

2. 招标时间：2020 年 5 月 22 日 10:00。

3. 地点：珠海市第五人民医院行政会议室。

七、投标人自行承担招标所发生的任何成本或费用。

八、有关时间或地点如有变动，招标人将用电话、传真
或其它方式及时通知各投标单位。

九、联系方式

招 标 人：珠海市第五人民医院

地 址：珠海市平沙镇平沙二路 87 号

联 系 人：王先生

联系电话：0756-7267375

邮 箱：297203129@qq.com

珠海市第五人民医院

2020 年 5 月 18 日

